

法規名稱：各級學校健康中心設施基準
發布／函頒日期：民國 97 年 05 月 22 日
修正日期：民國 102 年 07 月 18 日
發文字號：臺教綜(五)字第 1020097665B 號 令 （教育部綜合規劃司）

- 一、教育部為落實學校衛生法第六條第二項及其施行細則第四條規定，特訂定本基準。
- 二、學校應結合家庭與社區人力及資源，運用健康中心設施提供健康檢查與管理、緊急傷病處理、衛生諮詢、協助健康教學，並辦理健康促進活動。
- 三、本基準係依學生數訂定最低設備需求量，特殊教育學校依學生特性酌予補充，以符合實際需求。
- 四、健康中心設備應由專業人員負責妥善管理。
- 五、學校聘有校醫與藥師駐診時，依相關規定另行增加所需空間、器材及藥品等設施。
- 六、特殊疾病有緊急用藥之虞者，應依據醫師開立之診斷書及醫囑，由已成年或有行為能力學生或學生家長（監護人）主動提供藥品（含相關用品）備用。突發重大傷病者，應依緊急醫療救護相關法令為之。
- 七、各級主管教育行政機關應逐年編列預算，充實學校健康中心設備。
- 八、一般環境及內部設計：

（一）一般環境：

1. 健康中心應設於校園中心，地點適中、環境幽靜、採光及通風良好。為便於傷病師生使用及救護車、擔架、輪椅進出，應位於一樓，並設置無障礙空間。
2. 考量處理緊急傷病時應有清潔環境，及事後避免造成污染，並於施行健康檢查時確保個人隱私權，健康中心應為獨立空間。
3. 健康中心面積以一間普通教室大小（約六十三平方公尺）為原則，並視學校總學生數酌予增減。
4. 學校健康中心宜鄰近廁所，其面積達一百二十平方公尺以上者，宜設置浴廁設備。

（二）內部設計：應包括下列功能區域：

1. 辦公區。
2. 健康檢查及診療區（含傷病處理、口腔保健、健康諮詢等功能）。
3. 觀察室（依男女生分開設立為宜）。
4. 健康教育資料區。
5. 洗滌區或簡易洗手台及其設備。
6. 儲藏空間。

- 九、設備：各項設備設置之必要性如下（符號○指各級學校應設置項目；△指建議各級學校視實際狀況選擇設置項目；⊕指高級中等以上學校應設置，國民中學以下學校得設置）：（詳附件一）

（一）辦公室設備：

(二) 保健、傷病處理器材：

(三) 保健、傷病處理耗材：

十、 重大傷害處理器材集中放置之建議項目如下：(詳附件二)

十一、 簡易外傷處理一般急救箱建議內容物如下：(詳附件三)

十二、 補充規定：

- (一) 本基準所列一般環境及內部設計係以單一校區作規劃，學校有分校或多校區，應個別設置。
- (二) 本基準所列相關器材，得視實際需要，適時更新與補充，並隨時維護及注意有效期限，以發揮功能。
- (三) 除本基準所列之項目外，學校得視實際需求自行添購其他項目。
- (四) 本基準所附相關器材圖片提供參考。
- (五) 採購之藥物應有行政院衛生署核准字號，且藥物之供應或儲放等事項，除學校衛生法或其他法律有特別規定者外，應符合藥事法及藥師法之相關規定。

圖表附件：

[附件一-各級學校健康中心設施基準第 9 點規定.doc](#)

[附件二-各級學校健康中心設施基準第 10 點規定.doc](#)

[附件三-各級學校健康中心設施基準第 11 點規定.doc](#)

[附件-相關器材圖片.doc](#)

九、設備：各項設備設置之必要性如下（符號○指各級學校應設置項目；△指建議各級學校視實際狀況選擇設置項目；⊗指高級中等以上學校應設置，國民中學以下學校得設置）：

（一）辦公室設備：

編號	項目	必要性	單位	設置數量			
				<1000 人	1001-2000 人	2001-5000 人	>5000 人
1	閱覽用桌椅	○	套	1	1	1	1
2	報表簿冊（或 E 化資料）存放櫃	○	座	1	2	2	3
3	健康記錄卡片（或 E 化資料）櫃	○	座	1	2	2	3
4	物品儲存櫃	○	座	1	2	2	3
5	傷病處理器材櫃	○	座	1	1	1	1
6	健康櫥窗或電子螢幕	○	座	1	1	1	1
7	鏡子	○	面	1	1	1	2
8	冰箱（雙門含冷凍庫）	○	台	1	1	1	1
9	開飲機	○	台	1	1	1	1
10	時鐘	○	座	1	1	1	1
11	直撥手機的專線電話	○	台	1	1	1	1
12	個人電腦（含網路設施及周邊設備）	○	台	1	1	2	2
13	印表機	○	台	1	1	1	1
14	數位相機	△	台	1	1	1	1

(二) 保健、傷病處理器材：

編號	項目	必要性	單位	設置數量			
				<1000 人	1001 -2000 人	2001 -5000 人	>5000 人
1	休息、候診用椅	○	張	2	4	4	6
2	血壓計	○	付	1	1	1	2
3	聽診器	○	付	1	1	1	2
4	布質捲尺	○	個	1	2	2	2
5	身高測量器	○	座	1	1	2	2
6	體重測量器	○	座	1	1	2	2
7	體溫測量器具	○	支	2	2	2	2
8	視力檢查器	○	座	1	1	1	1
9	亂點立體圖（國小設置）	○	組	5	10	15	20
10	辨色力檢查本	○	本	1	1	1	1
11	站燈（檢查用燈）	○	座	1	1	1	1
12	隱私屏障物	○	座	1	1	2	2
13	不銹鋼換藥車組	○	台	1	1	1	1
14	彎盆	○	個	1	1	1	2
15	治療盤（含清潔治療巾）	△	個	1	1	1	2
16	拔刺放大鏡尖鑷	△	支	1	1	1	1
17	有齒鑷	△	支	1	1	1	1
18	無齒鑷	△	支	1	1	1	1
19	繃帶剪	○	支	1	1	1	1
20	一般剪刀	○	支	1	1	1	1
21	腳踏式污物桶	○	支	1	1	1	1
22	洗眼壺及受水器	△	組	1	1	1	1
23	筆燈或手電筒（含電池）	○	支	1	1	1	1

24	一般急救箱（簡易外傷處理用），其包含許多其他附件，應參照第十一點規定配置	○	個	2	4	6	8
25	攜帶式人工甦醒器（如圖一）	○	組	1	1	1	1
26	活動式抽吸器（如圖二）	○	組	1	1	1	1
27	攜帶式氧氣組（如圖三）	○	組	1	1	1	1
28	氧氣隨身包	△	包	1	1	1	1
29	口袋型面罩（學校護理人員專用）（如圖四）	○	組	1	1	2	2
30	軀幹固定器（如圖五）	○	組	1	1	1	1
31	可調式頸圈（如圖六）	○	個	2	2	2	2
32	骨折（肢體）固定器（板）	○	套	2	2	4	4
33	輪椅	○	台	1	1	1	1
34	拐杖	△	組	1	1	1	1
35	擔架	○	組	1	1	1	1
36	三角巾（90×90×150 公分）	○	打	4	6	6	6
37	觀察床（含床墊）	○	套	2	2	4	6
38	棉被、枕頭、枕套、床罩	○	套	4	4	4	4
39	吹風機	○	支	1	1	1	1
40	酒精比重計 50-100%	△	個	1	1	1	1
41	甦醒安妮及肺袋	○	具	1	1	2	2
42	血糖機	○	台	1	1	1	1
43	腰圍皮尺	○	條	2	2	2	2
44	自動體外心臟電擊去顫器	⊕	台	1	1	1	1

(三) 保健、傷病處理耗材：

編號	項目	必要性	單位	設置數量			
				<1000 人	1001 -2000 人	2001 -5000 人	>5000 人
1	衛生紙	○	包	數量由各校自行衡酌購置			
2	衛生棉	△	包	數量由各校自行衡酌購置			
3	免洗褲	△	包	數量由各校自行衡酌購置			
4	擦手紙	○	包	數量由各校自行衡酌購置			
5	凡士林	○	罐	數量由各校自行衡酌購置			
6	清涼劑	○	類	數量由各校自行衡酌購置			

7	30cc 消毒空針（附 19 號針頭，沖洗傷口用）	○	支	數量由各校自行衡酌購置			
8	75%酒精棉片	○	片	數量由各校自行衡酌購置			
9	生理食鹽水	○	瓶	視使用量及有效期限，衡酌需要之容量購置			
10	優碘溶液	○	瓶	視使用量及有效期限，衡酌需要之容量購置			
11	肌肉消炎鎮痛噴劑	○	瓶	數量由各校自行衡酌購置			
12	彈性紗布繃帶 2-6 吋	△	組	各號碼分別購置，數量由各校自行衡酌購置			
13	彈性繃帶 2-6 吋	○	組	各號碼分別購置，數量由各校自行衡酌購置			
14	網狀繃帶 0-5 號	○	組	各號碼分別購置，數量由各校自行衡酌購置			
15	簡易（OK）繃	○	盒	數量由各校自行衡酌購置			
16	止血棉條	○	盒	數量由各校自行衡酌購置			
17	滅菌紗布	○	包	視使用量及有效期限，分別購置不同規格備用			
18	凡士林紗布	○	盒	視使用量及有效期限，分別購置不同規格備用			
19	燙傷紗布	△	包	視使用量及有效期限，分別購置不同規格備用			
20	消毒棉籤	○	包	視用途及有效期限，分別購置不同類別備用			
21	棉球（塊）	○	包	視用途及有效期限，分別購置不同類別備用			
22	透氣膠帶	○	組	依用途，分別購置不同規格備用			
23	安全別針	○	組	依用途，分別購置不同規格備用			
24	冷、熱敷用品	○	個	依用途，分別購置不同規格備用			
25	口罩	○	盒	依用途，分別購置不同規格備用			
26	手套	○	盒	依用途，分別購置不同規格備用			
27	藥用酒精	○	瓶	數量由各校自行衡酌購置			
28	量杯	○	個	數量由各校自行衡酌購置			
29	蒸餾水	○	瓶	視使用量及有效期限，衡酌需要之容量購置			
30	急救器材之消毒液	○	瓶	視使用量及有效期限，衡酌需要之容量購置			
31	漂白水	○	瓶	視使用量及有效期限，衡酌需要之容量購置			
32	壓舌板	○	包	數量由各校自行衡酌購置			
33	外傷藥膏	○	條	視使用量及有效期限，衡酌需要之容量購置			
34	咬合器	○	個	數量由各校自行衡酌購置			
35	冰寶、冰桶	△	個	數量由各校自行衡酌購置			
36	止血帶	○	條	數量由各校自行衡酌購置			

十、重大傷害處理器材集中放置之建議項目如下：

攜帶式人工甦醒器（如圖一）	1 組	生理食鹽水 500 cc	1 瓶	壓舌板 10 片／包	1 包
氧氣隨身包（如圖七）	1 包	滅菌紗布	3 包	透氣膠帶	1 捲
可調式頸圈（如圖六）	1 個	三角巾	4 條	安全別針	4 支
活動式抽吸器（如圖二）	1 組	滅菌棉籤 10 支／包	5 包	塑膠袋	2 個
聽診器	1 付	彈性繃帶	1 組	手套	2 付
30 cc 消毒空針（附 19 號針頭，沖洗傷口用）	2 支	網狀繃帶	1 組	口罩	2 個
筆燈（含電池）	1 支	簡易繃（Ok 繃）	20 片	血壓計	1 付
骨折（肢體）固定器（板）（如圖五）	1 捲	剪刀	1 把	即冷冰袋	1 個

前項攜帶式人工甦醒器及氧氣隨身包，無該設施者，應以攜帶式氧氣組（圖三）取代之。

十一、 簡易外傷處理一般急救箱建議內容物如下：

75%酒精棉片	10 片	網狀繃帶（1-5 號各尺寸單包）	1 組	安全別針	3 支
優碘	1 瓶	簡易繃（Ok 繃）	20 片	塑膠袋	2 個
生理食鹽水 20 cc	5 瓶	剪刀	1 把	手套	1 付
滅菌紗布	2 包	壓舌板 10 片／包	1 包	口罩	1 個
三角巾	2 條	即冷冰袋	1 個	清涼劑	1 瓶
滅菌棉籤 10 支／包	2 包	體溫測量器具	1 支	止血帶	2 條
彈性繃帶	1 捲	透氣膠帶	1 捲		

圖一 攜帶式人工甦醒器



每組包含：

- 1、甦醒球一個，矽膠材質，含壓力表。
- 2、口罩：大、中、小各一個
- 3、口咽管 Air Way 一組（70.80.90 mm 各 1 個）。
- 4、鼻咽管 Nasol Air Way 一組（七種尺寸）。
- 5、開口器一個
- 6、儲氣袋一個
- 7、氧氣接管一條
- 8、外盒一個

圖二 活動式抽吸器



圖三 攜帶式氧氣筒




每組包含：

- 1、鋁合金氧氣瓶氧氣容量 400 公升 一支
- 2、壓力表及流量表（雙表式） 一組
- 3、氧氣鼻管 一組
- 4、氧氣面罩 一組
- 5、背包 一個

圖四 口袋型面罩



圖五 軀幹固定器



每組包含

- 1、長背板尺寸 180 x 45 公分，附三條可調式身體固定帶。
- 2、頭部固定器可配合病患頸圈合併使用，可透 X 光及 CT 掃描。附有：大耳洞設計（7 x 5 公分）、附頭部固定帶（22 x 4.5 公分）、固定海棉（有 24.5（長）x 14.5（寬）x 7-10.5（高）公分）。

圖六 可調式頸圈



爲：硬質塑膠支架、泡綿襯墊，具高頸型、一般型、短頸型、無頸型四種尺寸以供調整。固定後，仍可測量頸動脈及緊急氣管處理。

圖七 氧氣隨身包



每包含：

- 1、氧氣鋼瓶三支，每支氧氣量 18 公升
- 2、氧氣面罩一付
- 3、導氣鼻管一付
- 4、控制器（含開關、氧氣流量表、壓力存量表）一個